

BSA 质控品使用说明书

货号：1402426

（仅供研究用）

一、产品简介

BSA 质控品用于本公司牛血清白蛋白（BSA）残留检测试剂盒（酶联免疫吸附法）的质量控制。

二、产品组分

组分	产品号	装量	储存条件	说明
BSA 质控品	PNL004	1mL×2 管	2-8 °C	液体制剂，具体含量见管身标注

三、产品效期

规定储存条件下 12 个月，具体见标签。

四、操作步骤

- 使用前提前放置室温平衡 20 分钟，上下颠倒混匀，快速离心 10 秒；
- 使用时直接将其加至抗 BSA 预包被酶标板（产品号：PNA007）即可，加样量为 100 µL/孔。

五、数据分析及结果判断

按照牛血清白蛋白（BSA）残留检测试剂盒（酶联免疫吸附法）的使用说明，将该质控品的 OD 值处理后，代入校准曲线方程，计算得到质控品的浓度，比较其与标注理论浓度的偏差，相对偏差范围在 20%，表明试剂盒检测结果稳定可靠。

六、注意事项

- 本产品仅限于专业人员的科学研究用，不得用于临床诊断或治疗。
- 为了您的安全和健康，请穿实验服并佩戴一次性手套操作。

七、相关产品

名称	货号	规格
牛血清白蛋白（BSA）残留检测试剂盒（酶联免疫吸附法）	1401401	96 测试/盒

八、参考文献

- JJF 1343-2012 标准物质定值的通用原则及统计学原理。
- ISO 17511: 2020 体外诊断医疗器械建立校准物、正确度控制物质和人体样品赋值计量溯源性的要求。

生效日期：2023 年 06 月 08 日

服务支持



湖州申科生物技术股份有限公司

www.shenkebio.com

地址：浙江省湖州市红丰路 1366 号 6 号楼

Email: Info@shenkebio.com

电话：0572-2165910