版本: A/1 SHENTEK®

浓缩缓冲液(10×)使用说明书

货号: PNF001 (仅供研究用)

一、产品简介:

适用于 ELISA 试剂盒中相关组分的稀释,以及酶标板的洗涤。具体见各试剂盒说明书。

二、产品规格:

25 mL×2 瓶。

三、产品效期:

具体见标签。

四、保存条件:

2-8 ℃保存。低温易产生结晶,使用前可在 37 ℃水浴中溶解。

五、注意事项:

- 1. 本产品仅限于专业人员的科学研究用,不得用于临床诊断或治疗。
- 2. 为了您的安全和健康,请穿实验服并佩戴一次性手套操作。

六、相关产品:

名称	货号	规格
E.coli 表达菌 HCP 残留检测试剂盒 (酶联免疫吸附法)	1301301	96 测试/盒
E.coli 克隆菌碱裂 HCP 残留检测试剂盒 (酶联免疫吸附法)	1301302	96 测试/盒
CHO HCP 残留检测试剂盒(酶联免疫吸附法)	1301304	96 测试/盒
非特异性核酸酶残留检测试剂盒(酶联免疫吸附法)	1402421	96 测试/盒
猪源胰蛋白酶残留检测试剂盒(酶联免疫吸附法)	1402422	96 测试/盒
牛血清白蛋白(BSA)残留检测试剂盒(酶联免疫吸附法)	1401401	96 测试/盒
E.coli 表达菌 HCP 残留检测试剂盒(一步酶联免疫吸附法)	1301301-1	96 测试/盒

修订日期: 2025年02月27日

生效日期: 2025年02月27日

版本: A/1 SHENTEK®

服务支持



湖州申科生物技术股份有限公司

www.shenkebio.com

地址: 浙江省湖州市红丰路 1366 号 6 号楼

Email: Info@shenkebio.com

电话: 400-878-2189